	Commission technique Europharmat Fiche Bon Usage **Abord Urinaire** **Collecteur à urine**	Date de réactualisation : **26/06/2007**

C'est la description méthodique et chronologique des opérations successives à effectuer pour le bon usage du produit.

Domaine d'application	
- Abord urinaire	
Définition-abréviations	
- Poche destinée à être connectée à une sonde permettant le recueil des urines. - Synonymes : poche collectrice, sac collecteur, collecteur, dispositif de recueil. - Classification Cladimed G50BA… et G50BB… et G50BC - Collecteur seul : classe I - Si pré-connecté : classe I ou IIa selon la classe de la sonde.	
Référentiels	
Les référentiels réglementaires et normatifs existants	- NF ISO 86-69-1 - LPPR : non - Décrets 93-95 du 15/03/1993 et 2002-194 du 11/02/2002 relatifs aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier. - 100 recommandations pour la surveillance et la prévention des infections nosocomiales (67 à 72).CTIN. 1999
Les recommandations de la notice d'utilisation du fabricant	- Fiches techniques des fabricants ou distributeurs.
Les bonnes pratiques de sociétés savantes	- Fiche guide d'information au patient porteur de sonde, AFU. - Prévention de l'infection urinaire nosocomiale. Recommandations pour la pose et la gestion d'une sonde vésicale. C CLIN Sud-Ouest, 2003 . - Infections urinaires nosocomiales. Conférence de consensus co-organisée par la Société de Pathologie Infectieuse de langue française et l'Association française d'Urologie, 2002. - Rapport sur la conférence de consensus sur les infections urinaires nosocomiales chez l'adulte, 27/11/02.
Composition et description du produit dans son ensemble	
Matériaux	- En général en PVC.
Données géométriques	- Volume : de 500 ml à 5 litres en fonction des indications - Forme : optimisée pour assurer une vidange optimale - Ce dispositif peut être stérile intérieur/extérieur ou seulement intérieur. - Dispositif comportant : • Une graduation volumétrique. • Une tubulure de drainage évitant les plicatures, de 1 mètre environ, d'un diamètre interne de 6 à 9 mm, munie d'un clamp, avec un connecteur de sonde universel cranté ou non et protégé par un capuchon. • Un dispositif anti-reflux (système de feuillet ou membrane en silicone intégré dans la chambre de gouttage ou autre, …). • Un système de vidange en bec de canard ou robinet ou clamp mobile ou tirette, … avec ou sans gousset de protection. • Un système de fixation : œillets intégrés à la poche ou crochets de fixation, et/ou cordelettes. + éventuellement : • Une chambre de gouttage placée entre la tubulure et la poche. • Un filtre à air hydrophobe et/ou antibactérien qui facilite l'écoulement de l'urine en assurant l'équilibre des pressions. • Un système de prélèvement auto-obturant de préférence sans latex facile d'accès, en général situé sur le connecteur.
propriétés	- Poche de recueil ambulatoire (crural ou jambe) : confort et discrétion - Les systèmes pré-connectés : dans ce cas les poches et les sondes sont connectées grâce à une bague intégrée, de manière à assurer un sondage urinaire clos.
Indications	
- Recueil des urines dans le cadre d'un sondage à demeure et/ou intermittent.	
Contre-indications	
RAS	
Effets indésirables	
- Allergie au latex	

Toutes les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif
et ne peuvent en rien engager la responsabilité d'EURO PHARMAT.

- Mode d'emploi et /ou précautions d'emploi
- Fermer le robinet de vidange de la poche et connecter si nécessaire la sonde à la poche. - Suspendre le collecteur en position déclive sans qu'il touche le sol. - Vérifier l'absence de coude sur la sonde et le collecteur. - Veiller à la vidange de la poche : • Lorsqu'elle est remplie aux ¾. • Et/ou 3 fois par jour minimum. • Et/ou avant tout déplacement du patient. - Précautions Emploi : • Manipuler le site de vidange avec des gants. • Eviter de déconnecter la sonde et le collecteur : ils doivent être posés et enlevés ensemble. • Vidanger la poche avant le retrait.
Données bibliographiques
- « Les sondes urinaires », C. Arsicault J. Lafont, ADPHSO 1994, 19(2), 7-16. - « Infections urinaires », D. Thiveaud, HMH janvier 2007.

Toutes les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre purement informatif
et ne peuvent en rien engager la responsabilité d'EURO PHARMAT.